

# Certificate of Analysis

Analyse Certificaat / Analysenzertifikat

## Buffer Solution pH 1.68 (25°C)

### pH Buffer Vloeistof / pH Puffer Lösung

Product Number/ Artikel Nr. pH1,68/250mlS, pH1,68/500mlS, pH1,68/5ltr, pH1,68/27,5ltr  
Lot Number / Lot Nummer / Chargen Nr. PH160781  
Expiry date / Vervalddatum / Verfallsdatum 13/02/2021

Actual value / Werkelijke waarde / Wert pH @ 25°C 1,68  
Accuracy until expiration/  
Nauwkeurigheid tot vervalddatum/  
Genauigkeit bis Verfallsdatum  $\pm 0.01$  pH

#### Specification / Specificatie / Spezifikation

pH 1,66 - pH 1,70 (25°)

#### Method / Methode

The result reported above was determined by analysis of a sample of this lot taken at the time of manufacture.

The pH measurement was performed using a mV instrument with a combined glass pH electrode calibrated to NIST and PTB traceable secondary reference materials which are mentioned in the table below.

*Het bovenvermelde resultaat werd bepaald door analyse van een monster van deze partij, genomen op het moment van productie.*

*De pH-meting werd uitgevoerd met een mV instrument met een gecombineerde glazen pH-elektrode gekalibreerd met NIST en PTB traceerbaar secundaire referentiematerialen welke vermeld staan in de tabel hieronder.*

*Das oben berichtete Ergebnis wurde festgestellt durch die Analyse einer Probe dieser Chargen welche zum Zeitpunkt der Herstellung genommen wurde.*

*Die pH-Messung wurde mit einem mV-Instrument mit einer kombinierten Glas-pH-Elektrode durchgeführt, die auf NIST- und PTB-rückführbaren sekundären Referenzmaterialien die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.*

#### Traceability / Traceerbaarheid / Rückführbarkeit

SRM Lot Number / Lot Nummer / Chargen Nr.  
1072040105 HC54786304  
ZMK-CRM-pH-401-L 19/16

The expiry date refers to the entire product kept sealed in a dry place, protected from light and at a temperature between +15 and +35 °C.

*De vervalddatum verwijst naar het volledige product verzegeld bewaard op een droge plaats, beschermd tegen licht en bij een temperatuur tussen 15 en 35 °C.*

*Um die Haltbarkeit der Lösung zu gewährleisten, sollte diese ungeöffnet, lichtgeschützt und bei einer Temperatur zwischen +15°C und +35°C gelagert werden.*

Date of issue of the certificate: 13/02/2018  
Certificeer datum / Datum der Zertifizierung

This document is produced electronically and is valid without signature.

*Dit document wordt elektronisch geproduceerd en is geldig zonder handtekening.*

*Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.*

**Product manufactured under reliability and assurance by: Chamber of Commerce: 6277**

Wallerstraat 125k – 3862 CN Nijkerk, the Netherlands

Tel. +31 (0)88 8760101

[info@hydrocal.nl](mailto:info@hydrocal.nl)

[www.hydrocal.nl](http://www.hydrocal.nl)

Chamber of Commerce: 62775758

VAT number: NL854952469B01